

Kundenhinweis

Rosenheim den **01.08.2021**

Sehr geehrte Damen und Herren,

es freut uns sehr, dass Sie uns mit dem Kauf der FFP2-Masken Ihr Vertrauen entgegengebracht haben. Damit Sie immer ein gutes Gefühl von Sicherheit und Zuverlässigkeit haben können, werden unsere Masken vor Auslieferung von unseren Mitarbeiter*innen einzeln kontrolliert und von einer unabhängigen notifizierten Stelle in regelmäßigen Abständen überprüft.

Wir haben festgestellt, dass bei den FFP2 Masken **priuMask P21H1, Produktionsdatum 21.12.2020** Mängel (fehlender Nasenbügel) aufgetreten sind.

Wir bitten Sie die noch vorhandenen FFP2 Masken aus dieser Charge **zurückzusenden**.

Bitte an folgende Adresse senden:

PRINTEX Medical
Annette-Thoma-Weg 6
83083 Riedering

Sie erhalten dann umgehend einen kostenlosen Ersatz von uns zugesandt.

Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die wir Ihnen mit dieser Maßnahme bereiten und bitten um Ihr Verständnis.

Schon jetzt vielen Dank für Ihre freundliche Unterstützung. Sie können darauf vertrauen, dass Qualität bei PRINTEX Medical an oberster Stelle steht. Gerne sind wir für alle Fragen rund um die FFP2 Masken für Sie da.

Mit freundlichen Grüßen,

Klaus Unterseer
Inhaber